



メールデータ受信プログラム・MySQL 版

メールデータ受信プログラム

測定時刻 : 2003/06/18 13:26:30

| 名称 | 単位 | データ |
|----|-----|------|
| 風向 | | 北北東 |
| 風速 | m/s | 1.2 |
| 温度 | °C | 25.5 |
| 湿度 | % | 41.3 |
| 雨量 | mm | 0.0 |
| 気圧 | hpa | 996 |

記録間隔
1分

警報解除

項目の決定

測定項目の数: 8 表示項目の数: 12

| 項目 | 名称 | 単位 | 小数点 | 符号表示 | 演算式 |
|----|------------|-------|-----|------|-------|
| 1 | 風向 | WIND | 0 | OFF | CH001 |
| 2 | 風速 | m/s | 1 | OFF | CH002 |
| 3 | 温度 | °C | 1 | ON | CH003 |
| 4 | 湿度 | % | 1 | OFF | CH004 |
| 5 | 雨量 | mm | 1 | OFF | CH005 |
| 6 | 気圧 | hpa | 0 | OFF | CH006 |
| 7 | SPM | mg/m3 | 0 | OFF | CH007 |
| 8 | 酸素(SO2) | ppm | 0 | OFF | |
| 9 | 1時間平均(SO2) | ppm | 0 | OFF | |
| 10 | NO2 | ppm | 0 | OFF | |
| 11 | 1時間平均NO2 | ppm | 1 | OFF | |
| 12 | 1時間平均NO2 | ppm | 1 | OFF | |

※ 符号表示をOFF指定するとマイナスデータを

OK

警報の決定

| 項目 | 名称 | 単位 | 小数点 | 符号表示 | 警報 | 下限 | 上限 |
|----|------------|-------|-----|------|-----|---------|---------|
| 1 | 風向 | WIND | 0 | OFF | OFF | -10 | 35 |
| 2 | 風速 | m/s | 1 | OFF | OFF | -10.0 | 35.0 |
| 3 | 温度 | °C | 1 | ON | OFF | -10.0 | 35.0 |
| 4 | 湿度 | % | 1 | OFF | OFF | -10.0 | 35.0 |
| 5 | 雨量 | mm | 1 | OFF | OFF | -10.0 | 35.0 |
| 6 | 気圧 | hpa | 0 | OFF | OFF | -10 | 35 |
| 7 | SPM | mg/m3 | 0 | OFF | OFF | -10 | 35 |
| 8 | 酸素(SO2) | ppm | 0 | OFF | OFF | -10 | 35 |
| 9 | 1時間平均(SO2) | ppm | 0 | OFF | OFF | -3000 | 3000 |
| 10 | NO2 | ppm | 0 | OFF | OFF | -3000 | 3000 |
| 11 | 1時間平均NO2 | ppm | 1 | OFF | OFF | -3000.0 | 30000.0 |
| 12 | 1時間平均NO2 | ppm | 1 | OFF | OFF | -3000.0 | 30000.0 |

OK キャンセル

テキスト保存選択

2001年08月分
2001年09月分
2003年06月分

出力条件
 時指定 日指定 月指定

作成日 1

作成時 0

OK キャンセル

アカウントの決定

ダイヤルアップ: >0000000X

ユーザー名: >0000000X

パスワード: *****

POPサーバー: >000000000000000000X

SMTPサーバー: >0000000X00000000X

メールアドレス: >000000000000000000X

OK キャンセル

仕様

| | | |
|------------|---------------------------------------|--|
| 品名 | メールデータ受信プログラム・MySQL 版 | |
| 型式 | SFT-MAIL001-MySQL | |
| 機能 | テキスト保存 | データベースからCSVファイルを作成 ◆ 時、日、月の選択 ◆ 出力ファイルフォルダの選択 ◆ 出力ファイルの保存 |
| | 環境設定 | ロガーから定期的に送られてくるデータを保存するデータベース保存フォルダの設定 ◆ データベース保存フォルダの選択 |
| | メールアカウント設定 | ロガーからのメールを受信する為のメールアカウントの設定 ◆ アカウント、パスワード設定 ◆ SMTP、POPサーバー設定 ◆ ダイアルアップ設定 |
| | 演算式の設定 | 受信データの名称、単位、加工演算式の登録 ◆ 測定チャンネル数の設定(測定チャンネル数は16まで) ◆ 表示チャンネル数の設定(表示チャンネル数は16まで) ◆ 測定チャンネル名称設定 ◆ 測定チャンネル単位設定 ◆ 測定チャンネル演算式設定(演算式は四則演算) |
| | 警報の設定 | 警報条件の設定 ◆ 警報のON/OFF選択 ◆ 警報上限値、下限値の設定 |
| 動作環境 | Windows98SE/Me/2000/Xp | |
| HDD 容量 | 500MB 以上の空き容量 | |
| メモリ(RAM) | 64MB 以上 | |
| ビデオ・サブシステム | XGA(1024 x 768ドット)以上推奨 (SVGA での動作可能) | |
| 使用データベース | MySQL 注意) Web 公開時には本製品をご使用下さい。 | |



ログ電子株式会社

本社・営業部 札幌市厚別区厚別中央2条1丁目4-21

TEL 011-894-6333 FAX 011-894-6335

仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

SFT-MAIL001-MySQL /2003/11/13